

測試報告

樣品接收日期: May. 12, 2026

報告發行日期: May. 22, 2026

以下樣品資訊由客戶提供及確認

客戶	膜淨股份有限公司
產品名稱	Mbranfiltra water fiber
型號	Mbranfiltra water fiber
樣本批號	20260512

樣品照片



報告發行
明基透析科技
有限公司生物實
BenQ Dialysis Tech
Corp. Biology
實驗室主管:王



測試方法:

1. 測試溶液由明基透析科技公司生物實驗室配製。
2. 使用 550mL 純水。

測試結果:

測試菌種	過濾前	過濾後	除菌率
<i>Escherichia coli</i> BCRC11634	4×10^8 CFU	1 CFU	>99.999999%

備註:

報告的測試結果僅對申請人所送的當次樣本負責。本實驗室不於報告中呈現符合性聲明。本實驗室不做報告意見與解釋。本檢驗報告在未經實驗室同意下，不得擅自分離使用。若試驗件要求與所提供的描述不符合(包含樣品及測試方法)，而顧客知道偏離條件仍要求繼續執行試驗時，實驗室將於報告中載明。申請人未指定試驗規範年版時，以本實驗室所擁有之最新版為主。

Approval Signatory



Laboratory Director



報告發行章
明基透析科技股份
有限公司生物實驗室
BenQ Dialysis Technology
Corp. Biology Lab
實驗室主管:王嘉蘭

章
及份
驗室
ology
Lab
嘉蘭